

Re: ESCLARECIMENTO BALANÇA MECÂNICA - PP 005/2026 - EREBANGO



De

<administracao@erebango.rs.gov.br>

Para

<licitacao2@kcrequipamentos.com.br>

Data

2026-08-04 17:30

Um prazer receber a manifestação de interesse em nosso pregão.

Esclarecendo a dúvida, após revisar o não será aceita balança digital, por envolver recursos de FNS temos que seguir as especificações exatas do MS que exige, para aquele item, modo de operação mecanico mesmo.

At.te

Em 2026-08-04 11:55, [licitacao2@Kcrequipamentos.com.br](mailto:licitacao2@kcrequipamentos.com.br) escreveu:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO

Ilmo Sr. PREGOEIRO

Ref. EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 005/2026

K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90, vem respeitosamente á presença de V.SRA., INTERPOR em tempo hábil

ESCLARECIMENTO AO EDITAL

Temos interesse em participar do pregão 005/2026 cujo o objeto é:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAR E APARELHAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE EREBANGO

Entretanto vimos por meio deste solicitar esclarecimentos acerca do item 13 referente ao fornecimento de balança mecânica, constante no edital. Para a adequada formulação de nossa proposta, faz-se necessário esclarecer o seguinte ponto: Será aceita balança digital?

Tal informação é essencial para garantir a correta precificação e atendimento às exigências do edital.

Desde já agradecemos e ficamos no aguardo dos esclarecimentos.

Araçatuba/SP, 04 de agosto de 2026.

Atenciosamente,

Paússia Costa

Desde já agradeço,

Setor de Licitação

(18) 3621-2782